



CERTIFICATO DI CALIBRAZIONE DI CELLA DI CARICO N. 192537
Load cell certificate of calibration

MODELLO	Model	SB	
N. DI SERIE	Serial N.	201804579	
PORTATA NOMINALE	Capacity	125,000	kg
SENSIBILITA' NOMINALE	Nom. sensivity	3,0000	mV/V
COMPENSAZIONE IN TEMP	Temp compensated	-10 + +50	°C
ALIMENTAZIONE	Excitation	2,00 + 15,00	Vcc
ISOLAMENTO	Insulation	> 5000	MOhm
RESISTENZA INGRESSO	Input resistance	364	Ohm
RESISTENZA USCITA	Output resistance	353	Ohm
SEGNALE DI ZERO	Zero signal	0,0158	mV/V

CURVA DI RISPOSTA
Response curve

CODICE COLORI
Colour code

%	CARICO	USCITA
	Load	Output
	kg	mV/V

SCHERMO NON COLLEG. AL CORPO CELLA
Screen non connected to load cell

0	0,000	0,0000
50	62,500	1,4987
100	125,000	2,9990

BIANCO	White	- SEGNALE	Signal
VERDE	Green	+ SEGNALE	Signal
NERO	Black	- ALIM.	Supply
ROSSO	Red	+ ALIM.	Supply
MARRONE	Brown	- RIFER	Refer.
BLU	Blue	+ RIFER.	Refer.

TEMPERATURA DI PROVA
MODO DI PROVA
MATERIALE
DISEGNO N.

Test temperature 20 °C
Test mode FLESSIONE
Material ACCIAIO INOX 17-4-PH
Design N. C.364

NOTE

DATA Date 28/03/2018

OPERATORE Operator 