



CERTIFICATO DI CALIBRAZIONE DI CELLA DI CARICO N. 192538
Load cell certificate of calibration

MODELLO	Model	SB	
N. DI SERIE	Serial N.	201804580	
PORTATA NOMINALE	Capacity	125,000	kg
SENSIBILITA' NOMINALE	Nom. sensivity	3,0000	mV/V
COMPENSAZIONE IN TEMP	Temp compensated	-10 ÷ +50	°C
ALIMENTAZIONE	Excitation	2,00 ÷ 15,00	Vcc
ISOLAMENTO	Insulation	> 5000	MOhm
RESISTENZA INGRESSO	Input resistance	365	Ohm
RESISTENZA USCITA	Output resistance	356	Ohm
SEGNALE DI ZERO	Zero signal	0,0137	mV/V

CURVA DI RISPOSTA
Response curve

CODICE COLORI
Colour code

%	CARICO Load kg	USCITA Output mV/V	SCHERMO NON COLLEG. AL CORPO CELLA Screen non connected to load cell			
0	0,000	0,0000	BIANCO	White	- SEGNALE	Signal
			VERDE	Green	+ SEGNALE	Signal
50	62,500	1,4993	NERO	Black	- ALIM.	Supply
			ROSSO	Red	+ ALIM.	Supply
			MARRONE	Brown	- RIFER	Refer.
100	125,000	3,0005	BLU	Blue	+ RIFER.	Refer.

TEMPERATURA DI PROVA	Test temperature	20 °C
MODO DI PROVA	Test mode	FLESSIONE
MATERIALE	Material	ACCIAIO INOX 17-4-PH
DISEGNO N.	Design N.	C.364

NOTE

DATA Date 28/03/2018

OPERATORE Operator